

Опросный лист

Блоки датчиков ФСТ-03В1 Электрохимические (CO, O2, H2S, NH3)

Для получения счета или коммерческого предложения необходимо заполнить опросный лист и отправить его на электронную почту sales@pharmec.by.



Организация:
Контактное лицо:
Телефон:
E-mail:

1. Выберите блок питания и сигнализации (БПС) (коммутационное устройство), если необходимо. К 1-ому БПС подключается от 1-го до 8-ми БД.

Вариации БПС (не является средством измерения и не подлежит государственной поверке):

БПС ФСТ-03В1.00 230В	APT232318	шт.
БПС ФСТ-03В1.01 230В с модулем накопления (для записи данных)	APT2323180	шт.
БПС ФСТ-03В1.00 24В	APT232343	шт.
БПС ФСТ-03В1.01 24В с модулем накопления (для записи данных)	APT2323430	шт.

2. Выберите необходимые блоки датчиков (БД). БД отличаются измеряемыми компонентами; интерфейсом и степенью защиты (IP) оболочки корпуса БД.

Вариации БД:


 NH3 (аммиак)	NH3 1000 Электрохимический датчик 0-625 мг/м3 - диапазон измерения 0-999 мг/м3 - диапазон показания	шт.	IP67	APT231923
		шт.	IP67 + интерфейс 4-20мА	APT2319230
	NH3 2500 Электрохимический датчик 0-1750 мг/м3 - диапазон измерения 0-1999 мг/м3 - диапазон показания	шт.	IP67	APT231944
		шт.	IP67 + интерфейс 4-20мА	APT2319440
	NH3 1000 * (устойчив к воздействию H2S) Электрохимический датчик 0-625 мг/м3 - диапазон измерения 0-999 мг/м3 - диапазон показания	шт.	IP67	APT2319233
		шт.	IP67 + Интерфейс 4-20мА	APT2319234

 H2S (серово- дород)	Электрохимический датчик 0-50,0 мг/м3 - диапазон измерения 0-99,9 мг/м3 - диапазон измерения	шт.	IP67	APT231950
		шт.	IP67 + интерфейс 4-20мА	APT2319500

 O2 (кислород)	Электрохимический датчик 0-25 об.д., % - диапазон измерения 0-99,9 об.д., % - диапазон показания	шт.	IP54	APT231824
		шт.	IP54 + Интерфейс 4-20мА	APT2318240
		шт.	IP67	APT231924
		шт.	IP67 + Интерфейс 4-20мА	APT2319240

 CO (угарный газ)	Электрохимический датчик 0-125 мг/м3 - диапазон измерения 0-999 мг/м3 - диапазон измерения	шт.	IP54	APT231821
		шт.	IP54 + интерфейс 4-20мА	APT2318210
		шт.	IP67	APT231921
		шт.	IP67 + интерфейс 4-20мА	APT2319210

3. Дополнительно. Выберите необходимые крепежные комплекты, если необходимо.

<u>Крепежный комплект (круглый) №1</u> Стандартный. Входит в комплект поставки БД. Для использования в помещениях и т.п.		APTKK2101		
<u>Крепежный комплект (с козырьком) №2</u> Для тяжелых условий эксплуатации. Для использования на улице и т.п.		APTKK2102		шт.
<u>Крепежный комплект (с резьбой) №3</u> Для присоединения к сбросным или настроечным свечам. Для ГРП.		APTKK2103		шт.
<u>Кронштейн-колокол</u> Для мест возможного подтопления		APTKK2105		шт.

4. Дополнительно. Выберите сервисное/дополнительное оборудование, если необходимо.

<u>Блок релейного расширения</u> Предназначен для увеличения числа релейных выходов управления внешними исполнительными устройствами в мультиприборных системах.	APT234025		шт.
<u>Модуль калибровки</u> Предназначен для настройки и проверки блоков датчиков и работает под управлением специального программного обеспечения для ПЭВМ.	APT234027		шт.
<u>Тестер А-интерфейса</u> Предназначен для проверки работоспособности каналов А-интерфейса БПС, настройки и проверки блоков датчиков (далее БД) и для проверки линий связи БД-БПС.	APT234026		шт.