

Характерные неисправности газоанализатора ФП22

Корректировка чувствительности газоанализатора, если погрешность газоанализатора выходит за установленные пределы производится только в специализированной организации.

Перечень характерных неисправностей газоанализатора приведен в таблице:

Характерные неисправности	Способы устранения неисправностей
При авариях кратковременная световая и звуковая сигнализации, на индикаторе отображается сообщение: АВАРИЯ 1 – неправильная настройка, некорректная концентрация; АВАРИЯ 2 – нет настройки; АВАРИЯ 3 – нет связи с блоком датчика, насосом либо установлен другой тип датчика; АВАРИЯ 4 – обрыв термokatализа; АВАРИЯ 8 – обрыв полупровода.	Ремонт в специализированной организации
Погрешность газоанализатора выходит за установленные пределы	
Отсутствие светового или звукового сигнала при проверке срабатывания сигнализации	
Отсутствует характерный звук работы микронасоса	
При заряде аккумуляторной батареи на индикаторе отображается сообщение «EAb», включается постоянная световая и звуковая сигнализации – обрыв батареи.	