



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «ФАРМЭК»

место нахождения: ул. Жилуновича, 2В-13, г. Минск, 220026, Республика Беларусь

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100162047

телефон: +375 17 252 22 11, **адрес электронной почты:** metrolog@pharmec.by, pharmec2@tut.by.

в лице директора Малнача Виктора Владиславовича

заявляет, что Блок релейного расширения ФСТ-03В1

изготовитель: Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «ФАРМЭК»

место нахождения: ул. Жилуновича, 2В-13, г. Минск, 220026, Республика Беларусь

ТУ ВУ 100162047.041-2018 «Блоки питания и сигнализации ФСТ-03В1»

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9027 90 800 0

серийный выпуск

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании:

Протоколов испытаний № 43-61/0777-1-2025 от 17.07.2025, № 45-61/0777-2-2025 от 18.07.2025, №45-61/0777-3-2025 от 24.07.2025, выданных научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025.

схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация:

Примененные стандарты: ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования», ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 «Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования». ГОСТ ИЕС 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)». ГОСТ ИЕС 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий». Условия хранения: отапливаемое хранилище с температурой воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.07.2030 включительно.



Малнач Виктор Владиславович

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 003.02 17132
28.07.2025

