

Тип	результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений
Регистрационный номер	KZ.02.03.02199-2024/РБ 03 09 6857 18
Номер сертификата (НИКАД)	2203
Дата выдачи сертификата	17.07.2024
Сертификат действителен до	08.11.2028
Заводские номера	-
Наименование средств измерения	Блоки датчиков электрохимические
Өлшем құралының атауы	Электрохимиялық датчиктер блоктары
Тип средства измерения	ФСТ-03В1 Э
Номер решения о внесении в реестр	16
Дата решения о внесении в реестр	27.06.2024
Метрологическая обеспеченность в Республике Казахстан	Да

Ескертпе

Регистрационный номер в рамках Соглашения или Решения ЕЭК	РБ 03 09 6857 18
Полное наименование изготовителя	Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью "Фармэк" (НПОДО "Фармэк")
Дайындаушы кәсіпорынның атауы	"Фармэк" ғылыми-өндірістік қоғам қосымша жауапкершілігімен ("Фармэк" ҒӨҚҚЖ)
Страна изготовителя	Республика Беларусь
Дайындаушы ел	Беларусь Республикасы

Наименование представителя изготовителя	Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью "Фармэк" (НПОДО "Фармэк")
Дайындаушы кәсіпорын өкілінің атауы	"Фармэк" ғылыми-өндірістік қоғам қосымша жауапкершілігімен ("Фармэк" ҒӨҚҚЖ)
БИН представителя изготовителя	
Адрес представителя изготовителя	Республика Беларусь, 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-13
Дайындаушы кәсіпорын өкілінің мекен-жайы	
Телефон представителя изготовителя	+7(375) 172 92 92
Обозначение и наименование методики поверки	МРБ МП.2860-2019 «Блоки датчиков электрохимические ФСТ-03В1 Э. Методика поверки» с изменением №1.
Тексеру әдістемесінің белгіленуі және атауы	
Межповерочный интервал	6 месяцев
Тексеру аралығы	6 ай
Признание первичной поверки	Да

Вид измерений	Не выбрано
Өлшем түрі	Таңдалмаған
Наименование измеряемых величин и обозначения их единиц	
Өлшенетін шамалардың атауы және олардың бірліктерінің белгілері	
Единица величин	
От	
До	

Вид погрешности	
Қателік түрі	
Вид погрешности	Основные метрологические характеристики приведены в нижеприведенном Описании типа СИ
Қателік түрі	Негізгі метрологический сипаттамалар төменде берілген типтің сипаттамасында келтірілген
Выберите методику поверки средств измерений	
Методика поверки	2203МП. pdf
Описание типа средств измерений	2203.pdf
Решение	Выберите значение

Протокол Руководитель ФИО подписанта	Дата подписания	Комментарий	ФИО на ЭЦП	E- mail	ИНН	Дата выдачи	Дата окончания	БИН	Наименование	Действие	Кем выдано
ОМАРОВА ГУЛЬСИМ БАЗАРБЕКОВНА	09.01.2025 12:20	изменение на форме	ОМАРОВА ГУЛЬСИМ БАЗАРБЕКОВНА				03.07.2025	BIN201040035452	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и	Подписал	ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҚ (GOST)"

